

การแก้ไข C163

รายละเอียด >> ไม่บันทึก Serial NO. ของอุปกรณ์เลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้

แนวทางการแก้ไข >> ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหน้าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์
บำบัดรักษากรณีใช้เลนส์แก้วตาเทียม บันทึก Serial NO. แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง